

ООО «Лабораторные Технологии»

**ПРОБООТБОРНИК
ДЛЯ
АММИАКА**

Руководство по эксплуатации

ООО «Лабораторные Технологии»

**ПРОБООТБОРНИК
ДЛЯ
АММИАКА**

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание прибора:

Пробоотборники для отбора проб сжиженного безводного аммиака, который используется в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Данные пробоотборники изготовлены в соответствии с ГОСТ 6221-90

2. Технические параметры прибора:

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	2,5
Испытательное давление, МПа	3,1
Вместимость, дм ³	1,0
Температура отбора проб, °С	-35...+45
Масса, кг	2,4
Габариты, мм	460x76x146
Межосевое расстояние, мм	325

Присоединение:

Резьба накидной гайки - трубная цилиндрическая внутренняя G1/2" ГОСТ 6357-81

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание прибора:

Пробоотборники для отбора проб сжиженного безводного аммиака, который используется в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Данные пробоотборники изготовлены в соответствии с ГОСТ 6221-90

2. Технические параметры прибора:

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	2,5
Испытательное давление, МПа	3,1
Вместимость, дм ³	1,0
Температура отбора проб, °С	-35...+45
Масса, кг	2,4
Габариты, мм	460x76x146
Межосевое расстояние, мм	325

Присоединение:

Резьба накидной гайки - трубная цилиндрическая внутренняя G1/2" ГОСТ 6357-81

Материал основных деталей

Корпус	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Игольчатый шток	Сталь AISI 304
Уплотнение	Фторопласт Ф-4

3. Комплектация

Пробоотборник, шт	1
Паспорт, шт	1

4. Свидетельство о приемке

Пробоотборник для аммиака соответствует требованиям ГОСТ 6221-90 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область,
улица Ленинградская, дом 12А
Тел./факс: (8313) 36-76-13

Материал основных деталей

Корпус	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Игольчатый шток	Сталь AISI 304
Уплотнение	Фторопласт Ф-4

3. Комплектация

Пробоотборник, шт	1
Паспорт, шт	1

4. Свидетельство о приемке

Пробоотборник для аммиака соответствует требованиям ГОСТ 6221-90 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область,
улица Ленинградская, дом 12А
Тел./факс: (8313) 36-76-13