

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Осциллографы цифровые серии TBS2000

#### Назначение средства измерений

Осциллографы цифровые серии TBS2000 (далее - осциллографы) предназначены для измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов.

#### Описание средства измерений

Принцип действия основан на аналого-цифровом преобразовании напряжения входного электрического сигнала в цифровой код в реальном времени. Преобразованный в цифровой код сигнал отображается на дисплее в виде осциллограмм с измерением амплитудных и временных параметров. Синхронизация осуществляется от внутреннего опорного генератора.

Управление режимами работы и параметрами измерений производится вручную с лицевой панели, или по интерфейсам USB, LAN (10/100BASE-T).

В серии представлены четыре модели (TBS2072, TBS2102, TBS2074, TBS2104), отличающиеся количеством каналов и верхней частотой полосы пропускания.

Конструктивно осциллографы выполнены в виде моноблока в настольном исполнении. Вид лицевой панели двухканальных моделей TBS2072, TBS2102 показан на рисунке 1, четырехканальных моделей TBS2074, TBS2104 - на рисунке 2, вид задней панели осциллографов представлен на рисунке 3.



#### Программное обеспечение

Установленное на внутренний контроллер программное обеспечение выполняет функции управления режимами работы, математические функции обработки, представления, записи и хранения измерительной информации, его метрологически значимая часть представляет собой программный продукт "TBS2000 Firmware".

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «низкий» по Р 50.2.077-2014 (класс риска "А" по WELMEC 7.2 Issue 5).

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование	TBS2000 Firmware
Номер версии (идентификационный номер)	v1.14 и выше



Рисунок 2 - Вид лицевой панели моделей TBS2074, TBS2104



место пломбирования

Рисунок 3 - Вид задней панели

**Метрологические и технические характеристики** представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество каналов	
TBS2072, TBS2102	2
TBS2074, TBS2104	4
Входное сопротивление, МОм	1,0 ±0,02
Максимальная частота дискретизации (скорость выборки), Гц	1 · 10 <sup>9</sup>
Максимальное количество записи отсчетов в память	20 · 10 <sup>6</sup>
Количество делений по вертикали	10 (±5 от нулевой линии)
Коэффициент отклонения (дискретно с шагом 1-2-5), мВ/дел	от 2 до 5000
Пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента отклонения K <sub>о</sub>	
K <sub>о</sub> ≤ 5 мВ/дел	±4 % (типичное значение)
K <sub>о</sub> ≥ 10 мВ/дел	±3 %

Продолжение таблицы 2

1	2
Диапазон установки постоянного напряжения смещения $U_c$ , В	
$K_0 \leq 200$ мВ/дел	$\pm 0,8$
$K_0 \geq 500$ мВ/дел	$\pm 20$
Остаточное смещение вертикальной шкалы (небаланс), мВ	$\pm(U_6 + 0,1 \cdot K_0 \cdot \text{дел})^*$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки постоянного напряжения смещения	$\pm[0,01 \cdot  U_c - U_{п}  + U_0]^*$
П р и м е ч а н и е - в приведенных выше формулах $U_6 = 1$ мВ; $U_c$ - напряжение смещения; $U_{п}$ - напряжение, соответствующее установленному положению по вертикали относительно нулевой линии (Position); $U_0$ - остаточное смещение вертикальной шкалы	
Верхняя частота полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, МГц	
TBS2072, TBS2074	70
TBS2102, TBS2104	100
Коэффициент развертки (дискретно с шагом 1-2-4)	от 2 нс/дел до 100 с/дел
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов от 1 мс и более	$\pm 25 \cdot 10^{-6} \cdot T$ , где T - значение временного интервала
Пороги внутренней синхронизации, типовые значения	
на частотах до 50 МГц	0,4 дел
на частотах св. 50 МГц	0,6 дел

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
Тип входных ВЧ соединителей	BNC(f)	
Габаритные размеры, мм, не более	TBS2072, TBS2102	TBS2074, TBS2104
ширина	373	413
высота	175	202
глубина	104	128
Масса, кг, не более		
TBS2072, TBS2102	2,62	
TBS2074, TBS2104	4,17	
Параметры электрического питания		
частота сети, Гц	от 45 до 65; от 360 до 440	
напряжение сети, В		
при частоте сети от 45 до 66 Гц	от 90 до 262	
при частоте сети от 360 до 440 Гц	от 100 до 132	
потребляемая мощность, Вт, не более	80	
Рабочие условия применения		
температура окружающей среды, °С	от 0 до +50	
относительная влажность воздуха, %		
при температуре до +30 °С	от 5 до 90	
при температуре св. +30 до +50 °С	от 5 до 60	
Условия транспортирования и хранения		
температура окружающей среды, °С	от -20 до +71	
относительная влажность воздуха, %		
при температуре до +30 °С	от 5 до 90	
при температуре св. +30 до +60 °С	от 5 до 60	
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	
Безопасность	по ГОСТ ИЕС 61010-1-2014	

### Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель корпуса в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность средства измерений

приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность осциллографов

Наименование и обозначение	Кол-во
Осциллограф цифровой TBS2072 / TBS2102 / TBS2074 / TBS2104	1 шт.
Пробник пассивный TRP0100 (10X, 100 МГц)	2 шт.
Кабель сетевой тип А1	1 шт.
Накладки для передней панели на русском языке (комплект поставки L10)	1 шт.
Дополнительные принадлежности (пробники, адаптеры, футляры)	по заказу
Инструкция по инсталляции и безопасности (многоязычная)	1 шт.
Компакт-диск с технической документацией	1 шт.
Руководство пользователя 077-1273-00	1 шт.
Методика поверки TBS2000МП-2016	1 шт.

### Поверка

осуществляется по документу TBS2000МП-2016 «ГСИ. Осциллографы цифровые серии TBS2000. Методика поверки», утвержденному генеральным Директором ЗАО «АКТИ-Мастер» 28.11.2016 г.

Основные средства поверки представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Средства поверки

Наименование	Требуемые метрологические характеристики	Статус эталона и обозначение документа на поверочную схему	Рекомендуемый тип средства измерений, регистрационный номер
Калибратор постоянного напряжения	Воспроизводимые значения напряжения $\pm 0,7$ ; $\pm 1,8$ ; $\pm 45$ В с относительной погрешностью не более $\pm 0,05$ %	Рабочий эталон единицы постоянного электрического напряжения 3 разряда по ГОСТ 8.027-2001	Калибратор универсальный Fluke 9100 рег. № 25985-09
Калибратор переменного напряжения	Воспроизводимое значение амплитуды напряжения 3 В на частотах до 100 МГц с относительной погрешностью напряжения не более $\pm 0,5$ %	Рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 2 разряда по ГОСТ Р 8.648-2015	Калибратор универсальный Fluke 9100 с опцией 250 рег. № 25985-09
Генератор импульсов	Амплитуда напряжения 1 В, период следования импульсов 1 мс с относительной погрешностью периода не более $\pm 5 \cdot 10^{-6}$	-	Калибратор универсальный Fluke 9100 с опциями 100, 250 рег. № 25985-09

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих указанные в таблице 5 требуемые метрологические характеристики.

Знак поверки наносится на переднюю панель корпуса осциллографов в виде наклейки (место нанесения показано на рисунках 1 и 2) и/или на свидетельство о поверке.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделах документа 077-1273-00 «Серия TBS2000. Руководство пользователя».

**Нормативные документы, устанавливающие требования к осциллографам цифровым серии TBS2000**

ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.

ГОСТ Р 8.648-2008. ГСИ. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-2}$  до  $2 \cdot 10^9$  Гц.

ГОСТ Р 8.761-2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений импульсного электрического напряжения.

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.

**Изготовитель**

Компания "Tektronix (China) Co., Ltd.", Китай

Адрес: 1227 Chuan Qiao Road, Pudong New Area, Shanghai 201206, P.R.C

Тел. (8621)38960893, Факс (8621)58993156

Web: <http://www.tek.com>

E-mail: [moscow@tektronix.com](mailto:moscow@tektronix.com)

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Тул» (ООО «Мастер-Тул»)

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 5

Тел.: (499)750-70-72, Тел./факс (495)984-70-88

Web: <http://www.master-tool.ru>

E-mail: [info@master-tool.ru](mailto:info@master-tool.ru)

**Испытательный центр**

Закрытое акционерное общество «АКТИ-Мастер» (ЗАО «АКТИ-Мастер»)

Адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 5

Тел./факс: +7(495)926-71-85

Web: <http://www.actimaster.ru>

E-mail: [post@actimaster.ru](mailto:post@actimaster.ru)

Аттестат аккредитации ЗАО «АКТИ-Мастер» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311824 от 14.10.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.